



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
Vicerrectoría Financiera y Administrativa  
Dirección de Bienes y Servicios  
Oficina de Compras

RECIBIDO

Fecha 10 ABR. 2018

Hora 8:27

Firma Jung



28-

Fusagasugá 2018-04-09

Doctora  
**JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA**  
Jefe de Compras  
Universidad de Cundinamarca  
Ciudad

**Referencia: CONCEPTO TÉCNICO INVITACIÓN PÚBLICA N° 031 - 2018 CON EL OBJETO DE CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA COMUNIDAD QUE INTEGRA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.**

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta el oficio enviado en donde se requiere el concepto técnico **INVITACIÓN PÚBLICA N° 031 - 2018 CON EL OBJETO DE CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA COMUNIDAD QUE INTEGRA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**, me permito manifestar que se recibieron las invitaciones allegadas por usted las cuales fueron presentadas por SANDRA MILENA MOLINA PINZON, ESTEBAN RAMIREZ DEVIA Y CARLOS ARTURO GARCÍA ESQUIVEL y se procedió a revisar cada uno de los aspectos, de acuerdo al requerimiento técnico, así:

Se evidencio lo siguiente:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000  
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

Item	Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.)	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	%IVA	Valor IVA	Valor Total
1	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	BOTELLA	30				
2	ACETAMINOFEN DE 500MGS X 100 TABLETAS	CAJA	60				
3	AGUAS PARA JERINGA DE INSULINA	CAJA	5				
4	ALGODON LAMINADO DE 5X5	ROLLO	100				
5	ALCOHOL DESINFECTANTE GARHOX X 240 ML	FRASCO	6				
6	ALGODON USO ODONTOLOGICO	PAQUETE	8				
7	ASA TAB 100MG	CAJA	4				
8	BALON PLATES TERAPEUTICO (material P/C, diametro: 75cm, peso de soporte: 300Lb)	UNIDAD	1				
9	BAJALENGUAS PAQUETE 20 UNIDADES	PAQUETE	60				
10	BOLSAS GRSSES PAQUETE X 100 UDS	PAQUETE	4				
11	BOLSAS PARA ESTERILIZAR BASICO X 200 UNIDADES DE 9X23cm	CAJA	4				
12	BOLSAS ROJAS PAQUETE X 100 UDS	PAQUETE	2				
13	BOLSAS VERDES X 100 UDS	PAQUETE	2				
14	BOSU-BASE INESTABLE INFLABLE ((base anti-deslizante, diametro de la base: 59cm, peso de soporte: 160kg, material: PVC)	UNIDAD	1				
15	BUSCAFINA COMPUESTA X 20 UDS	CAJA	20				
16	CEMENTO OXFOSFATO DE ZINC POLVO Y LIQUIDO X 15 ML LEE SMITH	KIT	2				
17	CEPILLO PARA PROFILAXIS	CAJA	6				
18	CETIRZINA TAB 10 MG	CAJA	20				
19	COLTOSOL	FRASCO	2				
20	CURAS ADHESIVAS X 100 UDS ESTANDAR	CAJA	14				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 3281483 Línea Gratuita 018000976000  
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional





21	DESINCRUSTANTES DE CUELLO DENTOFAR X 5 ML	FRASCO	2				
22	DETARTROL	FRASCO	6				
23	DICLOFENACO EN GEL AL 1% x 50 grs	TUBO	20				
24	DETERGENTE MULTIZIMATICO GAROX X.500 ML FARPAG	GALON	7				
25	ESPEJOS DE BOCA MANGO Y ESPEJO	UNIDAD	8				
26	ESPEJO DE BOCA DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	68				
27	ESPADRANO EN TELA TUBO X 5 ROLLOS (1", 2", 4", 5")	ROLLO	15				
28	EYECTOR DE SALIVA X 100 UNIDADES	PAQUETE	3				
29	BARNIZ DE FLUOR	FRASCO	4				
30	FUNDAS DESECHABLES PARA ALMOHADA	UNIDAD	40				
31	FURACION X 40 GRS ( PARA QUEMADURAS)	TUBO	7				
32	GARHOX SUPERFICIES X 3.850 ML	GALON	3				
33	GLUTARALDEHDO AL 2% X 3850 ML GARHOX FARPAG	GALON	8				
34	GUANTES X 100 UDS DE NITRILLO TALLA S	CAJA	90				
35	GUANTES X 100 UDS DE NITRILLO TALLA M	CAJA	20				
36	GUANTES X 100 UDS DE NITRILLO TALLA L	CAJA	0				
37	IBUPROFENO DE 800 MGS X 50 UDS	CAJA	30				
38	IONOMERO DE VIDRIO	UNIDAD	1				
39	JERINGAS DESECHABLES DE 5 cc X 100 UDS	CAJA	1				
40	GOTAS OFTALMICAS POLIMINGNA, NEOMICINA Y DEXAMETASONA	FRASCO	7				
41	LINIMENTO USO DEPORTIVO (Spray fino)	FRASCO	20				
42	LORATADINA TABLETAS 10MG X 10	CAJA	20				
43	LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO	FRASCO	1				
44	MICROPOROS COLOR PIEL DE 1/2 X 5	ROLLO	30				
45	NAPROXENO TAB 250 MG	CAJA	16				
46	PAPEL VINIPEL X 50 MTS	ROLLO	3				
47	COMPRESA CALIENTE USO FISIOTERAPIA (Lona resistente, relleno de piedra volcanica en el interior, tamaño. 10"x12"(estandar), 9"x24" (cuello)	UNIDAD	2				
48	PAQUETES FRIOS USO FISIOTERAPIA (Gel de alta viscosidad, medida: 4,7x10")	UNIDAD	2				
49	PAQUETES DE GASA ANTIADHERENTE ESTERIL X 5 UDS DE 10X10CM PAQUETE X 24	CAJA	120				
50	PASTA PARA PROPLAXIS X 50 GRS	POTE	15				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000  
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

51	PLAS DOBLE AA	UNIDAD	16			
52	POMANA VERDE	POTE	0			
53	PELOTA SUEVO ANTI ESTRES O EJERCITADORES DE MANO (3 resistencias suave-medio-firme)	UNIDAD	2			
54	PRESERVATIVOS X 100 UN	CAJA	15			
55	PUNTA ESCALER MARCA DTM	UNIDAD	20			
56	RANTONA 150 MG TABLETAS	CAJA	29			
57	RIFAMONIA SOTAY X 20ML	FRASCO	10			
58	ROLLOS VENDA ELASTICA 5X5 YDS	UNIDAD	70			
59	SABANAS DE EDICHA BLES PARA CAMILLA DE 2MTS X 1MTS CON ANILINRE	UNIDAD	200			
60	SALES DE REHIDRATACION X 30 SOBRES SUERO ORAL	CAJA	6			
61	SOLUCION SALINA AL 0.9% X 500 ML CLORURO DE SODIO	BOLSAS	120			
62	SULFAPLATA X 30 GRS SULFADIAZINA DE PLATA	TUBO	8			
63	TAPA BOCAS X 50 UDS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL	CAJA	20			
64	BANDAS ELASTICAS (Resistencia THERA-BAND, material latex, longitud. 15cm x 150cm paquete de 7 resistencias, colores amarillo, rojo, verde, azul, negra, gris, d orada)	JUEGO	5			
65	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO X 50 UDS ACCU- CHECK	FRASCOS	14			
66	TOALLAS DOBLADAS BVC	PAQUETE	98			
67	TOALLAS HIGIENICAS X 12 UDS	PAQUETE	50			
68	VASOS DAPEN	UNIDAD	2			
69	VENDAS ELASTICAS	UNIDAD	80			
70	YODOPOVIDONA X 120 CC SOLUCION	FRASCO	12			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000  
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional





- La propuesta presentada por la señora Sandra Milena Molina Pinzón (INTERNACIONAL IMPHO S.A.S) nos permite evidenciar que las condiciones técnicas ofrecidas, en el folio 17, 18 CUMPLE con las especificaciones técnicas, cantidades y unidad de medida requeridas, por lo tanto, es HABILITADA para continuar en el proceso.
- La propuesta presentada por el señor Esteban Ramírez Devia (MULTISERVICIOS TGR S.A.S) nos permite evidenciar que las condiciones técnicas ofrecidas, en el folio 31, 32 NO CUMPLE con las especificaciones técnicas, dado que en el Ítem 1 no especifica la unidad de medida en mililitros por lo tanto, es INHABILITADA para continuar en el proceso.
- La propuesta presentada por la señor Carlos Arturo García Esquivel (MEDICLINICOS LTDA) nos permite evidenciar que las condiciones técnicas ofrecidas, en el folio 27, 28 NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas, dado que en los Ítems 26 cotiza un solo espejo de boca desechable y conforme a la convocatoria se requerían 68 unidades y en el Ítem 55 en la especificación técnica se solicitó punta escaler marca DTM dado que, esta es la marca del escaler que se encuentra en la unidad de salud y debe ajustarse a esta para que cumpla con las características y pueda funcionar el equipo correctamente. y cotizan marca FROGEM que no corresponde a la marca de equipo que tiene la unidad de salud por lo tanto, es INHABILITADO para continuar en el proceso.

Cordialmente.

**FÉLIX GREGORIO ROJAS BOHORQUEZ**  
Director Bienestar Universitario (F.A)

12.1.16.1

