



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Corrección Financiera y Administrativa
Dirección de Bienes y Servicios

Oficina de Compras

RECIBIDO

09 SEP 2019

Fecha

4:11 pm

Hora

Fir

Y. L. 2

Nº Folios



1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS**

CANTIDAD

Determinador de humedad de semillas

Rango de prueba:

de humedad de 5% a 40%

de temperatura de 0° a 45°C

Fácil calibración o función Multi-Point para igualar al acopiador local

Función de promedio.

Pantalla con iluminación de fondo, en 7 idiomas.

39 escalas de granos.

*Garantía mínima de un (1) año.

*El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo

Nota: No se aceptan equipos ensamblados con partes genéricas, tampoco se deben ofrecer equipos que se encuentren descontinuados por el fabricante.