



28.

Fusagasugá, 2020- 09- 30.

Doctor

**JULIO CESAR RAMÍREZ**

Representante legal de SYCO INGENIERÍA S.A.S.

Calle 62 N° 3 - 50

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a observaciones.

Cordial saludo Dr. Julio Cesar:

En atención a las observaciones remitidas el 29 de septiembre, nos permitimos informar que:

1. Se realizará el ajuste a la especificación técnica y nota aclaratoria para los ítems 5 y 6 de la presente invitación, solicitando la instalación y capacitación pertinente.
2. Solo se requiere la necesidad de instalar los equipos en mención de los ítems 5 y 6 de la presente invitación, los demás equipos deberán ser probados verificando su correcto funcionamiento al momento de la entrega.
3. Se realizará ajuste al ítem 1 y 2 solicitando el respectivo certificado de calibración por parte del fabricante. Para los ítems restantes la especificación ya cuenta con la descripción detallada de cuales requieren certificados de calibración por parte del fabricante, los equipos al no estar ligados directamente a una investigación no contemplan inicialmente calibraciones periódicas, dependiendo de la dinámica académica interna la Universidad de Cundinamarca determinará calibraciones futuras.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)


NIT: 890.680.062-2



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA  
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

Cordialmente,

<hr/> <p><b>DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES</b> Jefe Unidad de Apoyo Académico Universidad de Cundinamarca</p>	 <hr/> <p><b>OSCAR ADOLFO NIÑO MENDEZ</b> Docente- vinculación especial Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física</p>
---	--

Proyectó: Ángel Vera.  
12.1-14.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*