



16

Girardot, 2020- 12- 03.

Doctora
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ
Jefe de Oficina de Compras
Universidad de Cundinamarca
Fusagasugá

Asunto: Especificaciones técnicas definitivas del proceso CONDIPR-396

Cordial saludo

Por medio del presente en mi calidad de investigador principal, me permito enviar las especificaciones técnicas definitivas del proceso CONDIPR-396, que tiene por objeto la: "ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO REQUERIDO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: VALIDACION DE TECNICAS ANALÍTICAS (VOLUMETRICAS, ELECTRODOS SELECTIVOS Y DE ESPECTROSCOPIA VISIBLE) PARA EL ANALISIS DE AGUAS DE LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA, APROBADO EN CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INTERES INSTITUCIONAL". A continuación, se relacionan:

Ítem	Especificaciones técnicas definitivas	Unidad de medida	Cantidad
1	AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO. Revoluciones: de 100-200 a ≥ 1500 rpm. Control de temperatura digital. Temperatura: ≤ 50 a $\geq 350^{\circ}\text{C}$. Plataforma: $20,0 \pm 3$ cm de diámetro o 17.8×17.8 cm. Plancha en aluminio o cerámica. Voltaje 110 - 120 V. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.	UNIDAD	1

Cordialmente,

FIRMA DEL REMITENTE
JOHN JAIRO SANDOVAL VALENCIA
INVESTIGADOR PRINCIPAL
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2