



16.

Girardot, 2020- 12- 02.

Señores  
**CASA CIENTÍFICA**

**Asunto:** Respuesta a observaciones a la solicitud de cotización del CDP 1518

Respetados señores

Por medio del presente en mi calidad de investigador principal, me permito enviar respuesta a las observaciones presentadas en el correo enviado el 02 de diciembre de 2020, con referencia al proceso que tiene por objeto la: "ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO REQUERIDO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: VALIDACION DE TECNICAS ANALÍTICAS (VOLUMETRICAS, ELECTRODOS SELECTIVOS Y DE ESPECTROSCOPIA VISIBLE) PARA EL ANALISIS DE AGUAS DE LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA, APROBADO EN CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INTERES INSTITUCIONAL".

En atención a la inquietud manifestada, me permito informar lo siguiente:

Empresa	Observación	Respuesta
CASA CIENTÍFICA	Solicitamos presentar un equipo con las siguientes dimensiones externas. - Dimensiones: 376 mm x 250 mm x 10.9 mm (LargoxAnchoxAlto)	Se suprime las especificaciones de las dimensiones externas. Se recomienda cumplir con lo siguiente: Agitador Magnético con Calentamiento. Revoluciones: de 100-200 a $\geq$ 1500 rpm. Control de temperatura digital. Temperatura: $\leq$ 50 a $\geq$ 350°C. Plataforma: 20,0 $\pm$ 3 cm de diámetro o 17.8 x17.8 cm. Plancha en aluminio o cerámica. Voltaje 110 - 120 V. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.

Cordialmente,

  
**JOHN JAIRO SANDOVAL VALENCIA**  
INVESTIGADOR PRINCIPAL  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA