



32.3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS DEFINITIVAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TERMÓMETRO INFRARROJO, toma de lectura rápida y precisa, modo temperatura corporal mínimo entre 32-42,9 0C, indicador batería baja , distancia de medición 3 a 5 cm , tiempo de repuesta 2 seg, certificación calibración de toma de temperatura emitida por una empresa o laboratorio acreditado por el ONAC.	UNIDAD	18

Cordialmente,

MARISOL ALVARADO CASTILLO
Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales
Universidad de Cundinamarca

32.3.12.4