



28.

Fusagasugá, 2020- 06- 10

Doctora

JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ

Jefe Oficina de Compras

Universidad de Cundinamarca

Ciudad

Asunto y/ló Ref: Respuesta a observaciones

Respetada Doctora Jenny:

En atención a las observaciones allegadas del proceso que tiene por objeto **"adquirir vidriería y otros elementos para los laboratorios de la universidad de cundinamarca"** Me permito dar respuesta de la siguiente manera:

Observación 1:

1. "Solicitamos a la entidad aclarar si la presentación de la propuesta económica puede ser parcial o por la totalidad de los 89 ítems."

RTA:

Se debe presentar la totalidad de los ítems relacionados.

2. "Solicitamos para los ítems 5, 6 y 7 poder ofertar el tapón en vidrio o PP, conservando la clase A del elemento. Ya que la tapa de PP no crea ese vacío de los dos vidrios evitando pegarse entre sí."

RTA:

De acuerdo con la solicitud de cotización de debe tener en cuenta las características específicas del balón aforado. (material y clase), de acuerdo a lo anterior es válido la presentación en PP.



3. “Solicitamos poder ofertar para el ítem 21 las caja Petri en soda lime ya que para los usos en el laboratorio son mas funcionales y puede ser esterilizada para futuras utilizaciones. Y solicitamos aclarar la presentación ya que como esta en el pliego de condiciones únicamente hace referencia a 1 Unidad.”

RTA:

Se aclara que la caja de Petri es de 100 unidades y puede ser presentada en soda lime.

4. “En el caso del ítem 23 solicitamos mencionar las medidas aproximadas.”

RTA:

Se aclara que deberá tener estas dimensiones: Diámetro: 6mm X 40 mm

5. “Para el ítem 24 solicitamos adicionar en las dimensiones: “medidas aproximadas” cumpliendo el volumen exigido.”

RTA:

Este ítem relaciona las respectivas medidas que se requieren, para lo cual nos permitimos reiterarlas.

Dimensiones: 8.5 x 8.5 x 3.5

Capacidad: 100 ml

Diámetro exterior: 75 mm

6. “Para los ítems 25,26 y 27 los condensadores de bola, serpentín y rectos indicar la medida de longitud aproximada.”

RTA:

Para estos ítem 25,26 y 27 se aclaran las medidas de la siguiente manera:

Junta H/M 24-40 x 400 mm



7. “Para el ítem 56 solicitamos adicionar las características del montaje de destilación.”

RTA:

Para este ítem (56) se aclara de la siguiente manera:

Montaje de destilación fraccionado compacto de 500 ml para destilación simple esmerilado vidrio borosilicato esmerilado 29/32 compuesto por: - 1 matraz redondo, 250 ml, - 1 pieza acodada a 75°, - 1 termómetro -10° c a +100° c, - 1 refrigerante liebig, 250 mm, en espiral. bolas. de reflujo - 1 terminal acodado, 100 mm, - 3 clips. manual de instrucciones Fusagasugá laboratorio de suelos

8. “Para el ítem 71. Placas de vidrio solicitamos la adición de las especificaciones técnicas.”

RTA:

Se aclara en este ítem las medidas corresponden de la siguiente manera:

Medidas 175 x 175 mm en vitrocerámica

Observación 2:

1. “Los picnómetros deben ser calibrados con ONAC”

RTA:

Se aclara que si deben adjuntar un certificado por un ente competente en certificados de acreditación.

2. “Que dimensiones requieren para el macerador (pistilo) del mortero”

RTA:

Se aclara que se requieren con las siguientes medidas:

Diámetro: 100 mm



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

Cordialmente,

DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALEZ

Jefe Unidad de Apoyo Académico

Universidad de Cundinamarca

Cargo

Proyectó: Yeimer Bohorquez

12.1-14.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*