



28.

Fusagasugá, 2021- 08-31

Señores
BIO-INSTRUMENTS
Ciudad

Asunto y/ó Ref.: Respuesta a Observaciones al proceso F-CD-203

En atención a correo electrónico recibido el día 30-08-2021, me permito indicar lo siguiente:

1. Para los ítems donde se pide calibración se hace referencia a una calibración por trazabilidad (Con patrones calibrados) o calibración con laboratorio acreditado ONAC?

Se requiere mantenimiento preventivo para el baño maria memmert, garantizando la veracidad de la información y el buen funcionamiento de la termocupla.

2. Para los ítems 16 y 17 generalmente se requieren filtros y consumibles, las bombas generalmente tienen un kit de mantenimiento que se debe reemplazar periódicamente. En el pliego de condiciones se menciona que los equipos requieren solamente mantenimiento preventivo, por lo cual agradecemos realizar con mayor detalle el alcance de los servicios requeridos para estos dos equipos teniendo en cuenta lo anteriormente descrito e informar por favor su estado de funcionamiento actual.

En el ítem 16 y 17. Ítem 16, referente a la plancha de calentamiento el mantenimiento se debe realizar sobre indicadores técnicos de temperatura, garantizando el buen funcionamiento de la resistencia. Ítem 17, para el equipo de ultrafiltración es necesario el

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

cambio de filtros para evaluar la conductividad, pH, Temperatura entre otras variables para garantizar el buen funcionamiento y la veracidad en la información.



YANET PATRICIA ROJAS
PROFESIONAL
SUPERVISOR
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ
DOCENTE VINCULACION ESPECIAL
SUPERVISOR
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



CARLOS FERNANDO GOMEZ RAMIREZ
Jefe Unidad Apoyo Académico F.A.
Universidad de Cundinamarca
Sede Fusagasugá

Proyectó: Andrea P.

S.12.1-14.1