



25-

Fusagasugá, 2021-08-24

Doctora
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTÍNEZ
Jefe de la Oficina de Compras
Universidad de Cundinamarca
Fusagasugá

Asunto: Respuesta Observaciones-CD-164 Insumos para las actividades de Primeros Auxilios.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente me permito dar respuesta a la observación allegada por la señora Claudia Ordoñez, al proceso de contratación directa cuyo objeto es **INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES PRIMEROS AUXILIOS, BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL.**

OBSERVACIÓN: Ítem 19 TAPABOCAS DESECHABLE DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL X 50 UDS.

RESPUESTA: La especificación queda de la siguiente manera:

Ítem 19: TAPABOCAS DESECHABLE DE 3 CAPAS CON AJUSTE NASAL X 50 UDS, Cada Unidad de tapabocas debe venir en empaque individual. Con registro sanitario.

OBSERVACIÓN: Ítem 20 TERMÓMETRO CON SENSOR INFRAROJO DE ALTA PRECISIÓN.

RESPUESTA: La especificación quedaría de la siguiente manera:

Ítem 20: TERMÓMETRO CON SENSOR INFRARROJO DE ALTA PRECISIÓN Estable y confiable. -Buena adaptabilidad a la temperatura ambiente, capaz de utilizarse normalmente en entornos complicados. Que conste de sensor infrarrojo,



microprocesador, memoria, alimentación, componente electroacústico, pantalla LCD y carcasa.

- *Pantalla LCD de gran tamaño, alto brillo de fondo, la pantalla que se vea claramente
 - * Dos unidades (° C y ° F) para su opción.
 - * Apagado automático - ahorro de energía.
 - * Manual.
 - * Tarjeta de garantía (mínimo de un año).
 - * Hoja de vida y calibración del equipo.
 - * Registro Invima - aval del Invima.
- De marca Reconocida.

Cordialmente,

MARÍA MARGARITA MOYA GONZÁLEZ
Directora Bienestar Universitario
Universidad de Cundinamarca

Transcriptor: Milena García Moreno

12-1-14.1