	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 1 de 3

28.

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN - CENTRO DE RECURSOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT
---------------	--

PRESUPUESTO OFICIAL	\$2.619.000
----------------------------	-------------

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:


No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)	Valor total de la propuesta
1	SINCROSLAB SAS	\$1.947.500	\$1.947.500
2	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	\$1.197.000	\$1.197.000

NOTA: Las 2 propuestas económicas no cumplen en la forma de pago, se oferta 30 días y la solicitud de cotización ABSr097 solicita único pago al cumplimiento del objeto contractual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	SINCROSLAB SAS	Buretrol, equipo bureta de 150 ml de acetato de celulosa. Para conexión en línea. Con Filtro para entrada de Aire. Esterilizado con óxido de etileno, con superficies internas estériles y no pirogénicas. Material plástico grado médico.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.
2	SINCROSLAB SAS	Equipo de Macro sin aguja, para la administración de soluciones macro goteo (10 gotas=1g+/- 0.1g), con puerto Y, Longitud de tubo: 180 cm, no toxico, libre de	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 2 de 3

		pirógenos, esterilizadas por óxido de etileno.	contenida en la solicitud de cotización ABSr097.
3	SINCROSL AB SAS	Equipo de Micro sin aguja, para la administración de soluciones micro goteo, con puerto Y, adaptador luer lock.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.
4	SINCROSL AB SAS	Equipo para transfusiones de sangre con aguja.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.

No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	Buretrol, equipo bureta de 150 ml de acetato de celulosa. Para conexión en línea. Con Filtro para entrada de Aire. Esterilizado con óxido de etileno, con superficies internas estériles y no pirogénicas. Material plástico grado médico.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.
2	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	Equipo de Macro sin aguja, para la administración de soluciones macro goteo (10 gotas=1g+/-0.1g), con puerto Y, Longitud de tubo: 180 cm, no toxico, libre de pirógenos, esterilizadas por óxido de etileno.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.
3	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	Equipo de Micro sin aguja, para la administración de soluciones micro goteo, con puerto Y, adaptador luer lock.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas,

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 3 de 3

			la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.
4	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	Equipo para transfusiones de sangre con aguja.	El cotizante NO CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas, la especificación técnica en la oferta debe ser la misma contenida en la solicitud de cotización ABSr097.

Una vez evaluados los documentos solicitados, revisadas las especificaciones técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado lanzar nuevamente el proceso.

SUPERVISOR 1,	SUPERVISOR 2,
JUAN CARLOS MENDEZ FORERO DIRECTOR SECCIONAL GIRARDOT UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SANDRA PATRICIA CARMONA URUEÑA DOCENTE VINCULACION ESPECIAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

12.1-14.1