



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

– FUSAGASUGÁ –



ADOr001_V8

Página 1 de 1

28.

Fusagasugá, 2023-06-02.

Respetada

SANDRA CAROLINA PÉREZ CORREDOR

Representante Legal

Instrumentación y Metrología S.A.S.

Asunto y/o Ref: Respuesta a observaciones proceso **F-CD-163 de 2023** cuyo objeto es **“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”**

Cordial saludo.

Amablemente y de manera formal se brinda respuesta a las observaciones realizadas en cuanto al proceso F-CD-163 de 2023 de la siguiente manera:

Observación 1: Solicitamos a la entidad que Informe MARCA Y MODELO del ítem 25. Dos (2) BÁSCULAS DE BIOIMPEDANCIA TANITA.

Respuesta: Los elementos (Básculas de Bioimpedancia Tanita) poseen la siguiente referencia:

- Báscula Digital Tanita bc-1100f fitscan inalámbrica, sin embargo, se recomienda realizar visita técnica para validar el estado y requerimientos de los elementos descritos en el proceso F-CD-163 de 2023.

Cordialmente,

MARÍA DE LOS ANGELES FRANCO ORTIZ

Jefe Unidad de Apoyo Académico

Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Andrés Camilo Cruz Baquero

31.3-13

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

32.1.
Fusagasugá, 2023-06-02

Respetada
SANDRA CAROLINA PÉREZ CORREDOR
Representante Legal
Instrumentación y Metrología S.A.S

Asunto y/o Ref. Respuesta a observaciones proceso F-CD-163 de 2023 cuyo objeto es **“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”**

Cordial saludo.

En atención a la observación recepcionada el día 31 de mayo de 2023, **“Observación 2 Solicitamos a la entidad que publique – o nos indique cómo acceder a – la *Tabla de valores CMC* que el laboratorio de calibración debe cumplir para el presente proceso, de acuerdo a la *NOTA TÉCNICA* del documento F-CD-163_ABS”**. La universidad de Cundinamarca se permite informar que:

En respuesta a su observación me permito comunicarle que por un error involuntario se omitió la publicación del documento **“VALORES CMC”** en la solicitud de cotización F-CD-163, sin embargo, ya se encuentra publicado el documento en la página web institucional para su consulta.

Sin otro particular,

GARCIA ORJUELA
KATERINE
VIVIANA
Firmado digitalmente por
GARCIA ORJUELA KATERINE
VIVIANA
Fecha: 2023.06.02 12:19:48
-05'00'

KATERINE VIVIANA GARCÍA ORJUELA
Jefe Oficina de Compras

Proyectó: Fernanda lozano Cifuentes
Oficina de Compras

32.1-30