

28.

Fusagasugá, 2024 - 04 - 02.

Señores

INSTRUMENTACION Y MTEROLOGIA S.A.S.

Cuidad

Asunto y/o Ref.: RESPUESTA A OBSERVACION F-CD-061 - CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ”

Cordial saludo,

Conforme a la comunicación allegada de fecha 01 de abril de 2024 como observación en el marco del proceso **F-CD-061 de 2024** del asunto en mención nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Observación

“Ref.: CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-061

Objeto: “CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ”

El suscrito SANDRA CAROLINA PÉREZ CORREDOR, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante legal de INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA S.A.S, me permito enviar las siguientes observaciones al proceso de referencia:

1. De acuerdo con los pliegos de condiciones del presente proceso, para los ítems 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 29, 30 y 35 se solicita Cambio de electrodo. Sin embargo, el presupuesto asignado para estos ítems corresponde a un servicio de mantenimiento preventivo sin repuestos incluidos.

Solicitamos a la entidad que aclare la situación, ya que el presupuesto no cubriría el costo de los repuestos y esto impediría la presentación de ofertas por parte de los proponentes”.

Respuesta a observación

Dando respuesta a la observación allegada, se aclara:

Dentro del marco del proceso de mantenimiento, el cual está a valoración de unos comités, se explica que en estos procesos se realiza un estudio de conveniencia y un estudio de mercado donde se realizan procesos de viabilidad de valores para dichos elementos.

Así mismo, se cuenta con un apartado, **ítem 40** que dice:

“BOLSA DE RESPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES, POR UN VALOR DE 10.000.000 DE PESOS M/TE IVA INCLUIDO, PARA REPUESTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO”.

De esta manera, si los elementos llegasen a necesitar algún repuesto que no se contemple dentro de los ítems a los cuales se les realiza la apreciación se puede hacer uso de este valor “bolsa de repuestos” mencionado anteriormente.

Dicho lo anterior, se da por resuelta de fondo a su observación y le invitamos a continuar participando en los procesos de selección de la universidad de Cundinamarca.

Cordialmente,



DIANA MILENA REY GUTIERREZ
JEFE APOYO ACADEMICO F.A.
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Angel Villarraga Villalba

31.3-13