

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 1 de 16

28.

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

Fecha: 2024/06/14

Proceso: F-CD-128

Objeto: CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

Presupuesto oficial: Cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y un peso (\$46.448.641) m/cte.

1. MÉTODO DE EVALUACIÓN

La verificación de las condiciones exigidas en la solicitud de cotización (adquisición de bienes, servicios u obras contratación directa) y sus anexos (si aplican), se realizará sobre las cotizaciones presentadas siempre y cuando no incurran en alguna de las causales de rechazo del proceso.

Cuando no existe pluralidad de cotizantes porque existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional, situación que deberá acreditar el contratista y aceptar el jefe de la Dependencia solicitante de la contratación, mediante documento escrito; la evaluación se realizará al proveedor exclusivo, el cual deberá cumplir con todas las condiciones exigidas en la solicitud de cotización y sus anexos (si aplican).

La Universidad evaluará los requisitos exigidos dentro del proceso de selección y respecto del estudio de estos se otorgará un resultado que podrá ser CUMPLE o NO CUMPLE.

Con respecto a este resultado, los cotizantes podrán subsanar la propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en concordancia con el parágrafo del artículo 4° de la Resolución Rectoral No. 170 de 2017 *"Por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012"* durante el término otorgado para subsanar las cotizaciones conforme lo establecido en el Cronograma del proceso, por falta de documentos necesarios y/o en cualquier tiempo cuando la universidad así lo estime pertinente.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2024-05-31
		PAGINA: 2 de 16

Para tales efectos los cotizantes deberán revisar el Concepto Técnico y Económico y/o las evaluaciones emitidas y publicadas en la página web institucional, en donde se evidenciarán los requisitos que no se cumplieron para que sean subsanados. Los mencionados documentos deberán ser aportados de la misma forma que se estipula en los términos del proceso y en la fecha y hora establecidas para tal fin, so pena de ser rechazado.

La Universidad, en caso de decidir llevar a cabo la contratación, se reserva el derecho de seleccionar entre las diferentes cotizaciones, aquella más favorable para la satisfacción de sus necesidades, la cual proporcione mayor beneficio para sus intereses y no esté incurso en ninguna de las causales de rechazo

En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la cotización o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale la invitación, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del cotizante y del equipo de trabajo en el campo de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores¹.

2. COTIZACIONES RECEPCIONADAS:

Fecha de recepción de las cotizaciones: 2024/06/13

No.	Cotizante	NIT/CC	Valor Económico de la cotización (Antes de IVA)	Valor total de la cotización
1	NOVATEK DEL CARIBE SAS	900.375.197-6	\$29.692.967	\$35.334.632
2	ADVANCED INSTRUMENTS SAS	830.101.830-1	\$37.204.117	\$37.204.117
3	EQUIPOS CASABLANCA SAS	900.469.101-4	\$34.738.899	\$41.339.293
4	DISSMAN INGENIERIA SAS	800.019.976-9	\$35.233.361	\$41.927.700

3. COTIZACIONES RECHAZADAS

La cotización relacionada a continuación se rechaza por incurrir en las causales de rechazo contempladas en la solicitud de cotización:

¹ Artículo 4 de la Resolución 170 de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y AJUSTA LA RESOLUCIÓN 206 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012. "POR LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA		VIGENCIA: 2024-05-31
			PAGINA: 3 de 16

No.	Cotizante	NIT/CC	Causal de rechazo	Observación
1	ADVANCED INSTRUMENTS SAS	830.101.830-1	Causal de rechazo numero 12 dentro del documento ABSr097	Dentro del documento ABSr097 en las causales de rechazo en su numeral 12 que dice: “Cuando el cotizante modifique ítems, altere las especificaciones técnicas o su calidad, cantidades y/o valor de la oferta económica (ABSr125).”
2	EQUIPOS CASABLANCA SAS	900.469.101-4	Causal de rechazo numero 17 dentro del documento ABSr097	Dentro del documento ABSr097 en las causales de rechazo en su numeral 17 que dice: “Cuando la propuesta básica sea parcial o alternativa, o en condiciones técnicas inferiores a las mínimas requeridas por la entidad.”

4. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

4.1. VERIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

De acuerdo con lo establecido en la solicitud de cotización que soporta la adquisición de bienes, servicios u obras contratación directa y la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación”, puesta a disposición por Colombia Compra Eficiente se puede establecer que:

Los cotizante DISSMAN INGENIERIA SAS NO presente precios artificialmente bajos.

Aparentemente, NOVATEK DEL CARIBE SAS presenta precios artificialmente bajos por cuanto el valor cotizado es menor en un (76.07%), por ello el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio de mercado de la solicitud de cotización.

4.2. ANÁLISIS JUSTIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

El cotizante NOVATEK DEL CARIBE SAS NO presentó la justificación, por lo tanto, deberá allegarla dentro del término establecido para la subsanación de las cotizaciones, de acuerdo con el cronograma

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 4 de 16

Una vez validando la documentación allegada por la compañía NOVATEK DEL CARIBE SAS para el objeto a CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Se evidencia que allega la JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS ABSr132 en relación de los precios de referencias publicados en la página de la universidad, sin embargo, NO allega los debidos soportes que argumente dicho valor como se contempla en ABSr097

5. EVALUACIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS

5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALOR ECONÓMICO COTIZADO

En esta sección se evalúa la descripción del ítem solicitado y cotizado por el cotizante, la cantidad solicitada y cotizada, y que el precio ofrecido se ajuste razonablemente a los precios del mercado.

No.	Especificaciones Técnicas	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
1	MOTOR DIESEL 10 HP Placa: 46351 Mantenimiento preventivo y correctivo: 1. Revisión del nivel y cambio de aceite de motor. -2. Revisión, limpieza y cambio del filtro de aceite. -3. Revisión, limpieza y cambio de filtro de aire. -4. Revision, limpieza y cambio del filtro de combustible. -5. Revisión y calibración de la bomba de inyección e inyectores. -6. Revisión y ajustes de tuercas y tornillos visibles. -7. Revisión y limpieza del tanque del combustible. -8. Limpieza general del motor. -9. Revisión y ajuste de pernos, culata/cilindro. -10. Revisión de nivel de liquido de la batería. -11. Prueba funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
2	MICROSCOPIO MARCA: CARL ZEISS SERIAL Placa: 27285, 27287, 27288, 27290, 27291, 27292 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA		PAGINA: 5 de 16

	Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos 5. Cambio de objetivos 40x y 100x, 6.Entrega funcional del equipo.		
3	Microscopio binocular MARCA: ADVANCED OPTICALREF. XSP-136 A S/N 39 Placa: 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y objetivos) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
4	Estéreo microscopio MARCA: ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 46 Placa: 60430, 60431, 60432, 60433, 60434 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
5	MICROSCOPIO CON CÁMARA CABEZA, TRINOCULAR. MARCA MOTIC Placa: 56624 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
6	MICROSCOPIO MARCA LEICA DM500. Placa: 42720, 42721 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos 5. Cambio de objetivos 40x y 100x, 6.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
7	ESTEREOMICROSCOPIO MARCA: SMZ -161 S/N 5130209 Placa: 48849 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA		PAGINA: 6 de 16

8	MICROSCOPIO LCD MARACA: Digital Pantalla LCD de 9 pulg. Placa: 66872 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 5.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
9	MICROSCOPIO TRINOCULAR MARCA OLYMPUS S/N 2G63109. INCLUYE CAMARA MARCA MOTICAM MODELO DCM510 Placa: 45012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 5. Cambio de objetivo 40x, 6.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
10	ESTEREOMICROSCOPIO MARCA CARLS ZEISS MOD Placa: 8620, 8621, 11881 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos), 4. Ajuste de cámara, si aplica 5. Cambio de objetico 40x, 6.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
11	MICROSCOPIO MARCA: LEICA 120L MOD. GALEN III No. Placa: 11898, 11899, 11901, 11903, 11906 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 5. Cambio de objetivo 10x, 6.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
12	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS M PLACAS: 11920, 11921 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 5.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA		PAGINA: 7 de 16

13	MICROSCOPIO MARCA: LEICA 120L MODELO GALEN III PLACAS: 11927 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos) 5.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
14	MICROSCOPIO MARCA LEICA DM500. PLACAS: 42722 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
15	MICROSCOPIO BINOCULAR DE LUZ TRANSMITIDA, MARCA CARL ZEISS PLACAS: 45005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
16	ESTERO MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS PLACAS: 45008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
17	ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: MOTIC PLACAS: 56600, 56601, 56602, 56603, 56604 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y optico - lentes) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.
18	MICROSCOPIO CABEZA BINOCULAR MARCA: SIEDENTOPF I PLACAS: 56618, 56619, 56620, 56621, 56622 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica.	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA		PAGINA: 8 de 16

	2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5. Verificacion y cambio de objetivos 6.Entrega funcional del equipo.		
19	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ADVANCED OPTICAL referencia XSP136 A S/N 61 PLACAS: 60442, 60443, 60444, 60445, 60446 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5. verificacion y cambio de objetivos 6.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
20	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ADVANCED OPTICAL referencia SMT54P S/N 66 PLACAS: 60447, 60449, 60450, 60451, 60452, 60454, 60455, 60456, 60457, 60461 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5. verificacion y cambio de objetivos 6.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
21	ESTEREOMICROSCOPIO MARCA LEYCA ZOMM MODE PLACAS: 11882, 11883, 11885, 11887 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
22	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS M PLACAS: 11922, 11924, 11925, 11926 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA		PAGINA: 9 de 16

23	ESTEREOMICROSCOPIO MARCA LEICA ZOOM 2000 PLACAS: 16718 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
24	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ADVANCED OPTICAL S PLACAS: 30462 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
25	ESTÉREOMICROSCOPIO MARCA ADVANCED PLACAS: 60453, 60459 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
26	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ADVANCED OPTICAL referencia XSP136 A S/N 3280 PLACAS: 60401 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: 1 PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
27	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 67 PLACAS: 60448, 60458, 60460, 60462 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
28	MICROSCOPIO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE CALEFACCIONADO HT50, MARCA KRUSS MBL 2000, REFERENCIA 12010/2000, MALETIN ANTIGOLPES CON ACCESORIOS. PLACAS: 46060 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA		PAGINA: 10 de 16

	2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.		
29	MICROSCOPIO MARCA MOTICELECTRO JAC 5 S/N 131 CON CÁMARA CABEZA, TRINOCULARSIEDENTOPF ROTABLE 360° RESPECTO AL ESTATIVO, CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75MM. DIVISIÓN DE LUZ 20/80 EN PUERTO ESTÁNDARDDIN/ISO OCULARES GRAN ANGULARES N-WF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5.REVÓLVER QUÍNTUPLE CON BALINERAS EN ESTATIVO Y ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/0.65/R, 100X/1.25/RACEITE. RESOLUCIÓN DE 1080P A TRAVÉS DE SALIDA HDMI. PLACAS: 56623 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes)4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
30	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ADVANCED OPTICAL referencia XSP136 A S/N 88 PLACAS: 60363, 60364, 60365 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
31	Estéreo microscopios marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 93 PLACAS: 60367, 60368, 60369, 60370, 60371, 60372 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Verificación del estado de la cámara 7. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 4. Ajuste de cámara, si aplica 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
32	MICROSCOPIO CON TAPA CLIMATIZADA PARA ANALISIS DE SEMEN, MARCA UNICO, INCLUYE REGULADOR DE CALEFACCION DIGITAL. PLACAS: 47381 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 11 de 16

	estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.		
33	MICROSCOPIO BINOCULAR STEREO, MARCA ADVANCED OPTICAL REF. XTJ 4400. PLACAS: 44858 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Se requiere: PREVENTIVO 1. Inspección general del equipo. 2. Limpieza general del equipo . 3. Revisión y lubricación de componentes mecánicos. 4. Revisión y limpieza de componentes ópticos. 5. Verificación de estado de lampara 6. Entrega funcional del equipo. CORRECTIVO: 1. Limpieza, revisión y prueba de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Ajuste de componentes mecánicos 3. Ajuste de componentes ópticos (oculares y opticos - lentes) 5.Entrega funcional del equipo.	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.
34	BOLSA DE RESPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES, POR UN VALOR DE 10.000.000 DE PESOS M/TE IVA INCLUIDO, PARA REPUESTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica.

Concepto:

La cotización presentada por los cotizante NOVATEK DEL CARIBE SAS y DISSMAN INGENIERIA SAS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, se ajusta a los precios de mercado de acuerdo con la necesidad establecida por la Universidad y está dentro del presupuesto oficial.

La cotización presentada por los cotizante ADVANCED INSTRUMENTS SAS y EQUIPOS CASABLANCA SAS, *NO cumplen* con las especificaciones técnicas solicitadas.

5.2. REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES

No.	REQUISITO	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
1	El oferente deberá presentar maximo TRES (03) certificaciones o actas de liquidación sobre el cumplimiento de contratos que reúnan las siguientes características: 1-. Debidamente ejecutado y terminado y/o liquidado en Colombia, durante los últimos CINCO (5) años contados antes de la fecha de presentación de ofertas. 2.- La sumatoria de los contratos que se pretenda acreditar como experiencia habilitante deberá ser como mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) del presupuesto del presente proceso. 3.- Los objetos de los contratos a acreditar deberán ser afines a la naturaleza del objeto	CUMPLE con el requisito	CUMPLE con el requisito

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 12 de 16

No.	REQUISITO	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
	a contratar en el presente proceso. Esta experiencia se podrá certificar mediante la respectiva acta de liquidación, acta de terminación o certificación emitida por el contratante de contratos ejecutados y terminados o liquidados. Las certificaciones o actas deberán contener los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta: A. Nombre o razón social e identificación de la empresa o persona contratante. B. Nombre o razón social e identificación del contratista C. Objeto del contrato. D. Duración del contrato (Fecha de inicio – fecha de finalización). E. Valor del contrato, incluyendo las adiciones si aplican. F. Nombre legible del funcionario que expide la certificación. G. Cargo del funcionario que expide la certificación. H. Dirección y teléfonos.		

Concepto:

De acuerdo con lo anterior, se establece que La cotización presentada por los cotizante NOVATEK DEL CARIBE SAS y DISSMAN INGENIERIA SAS cumple con las condiciones técnicas adicionales solicitadas para la presentación de la cotización, conforme lo establecido en la solicitud de cotización y sus anexos.

5.3. DOCUMENTOS SOLICITADOS

N	REQUISITO	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
1	Cotización diligenciada: "Cotización para procesos de Bienes, Servicios u de Obra" con la totalidad de documentos solicitados y la documentación técnica requerida (si aplica).	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito.
2	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de la Persona Jurídica o quien haga sus veces documento de identificación legible.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito.
3	Copia de la libreta militar o tener definida la situación militar del Representante Legal de la Persona Jurídica o quien haga sus veces. (Ley 1861 de 2017, art. 42).	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 13 de 16

N	REQUISITO	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
4	Consulta de no tener a cargo Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito.
5	Certificado de no tener a cargo antecedentes disciplinarios de la Persona Jurídica y su Representante Legal expedido por la Procuraduría General de la Nación. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito
6	Certificado de no tener a cargo responsabilidad fiscal a favor del Estado de la Persona Jurídica y su Representante Legal expedido por la Contraloría General de la República, con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito
7	Consulta de no tener a cargo antecedentes en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de misma.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito.
8	Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada debe estar relacionada con el objeto a cotizar.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito
9	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: a) El objeto social es afín a la presente solicitud de cotización. b) La Perona jurídica está registrada y tiene sucursal en Colombia, demostrar un término de vigencia de la sociedad del plazo del contrato y un año más. c) El Representante Legal posee Facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo requiera, deberá adjuntar el acta del Órgano Directivo que le da dicha Facultad. d) La Persona Jurídica no debe estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar. e) El certificado deberá ser expedido con fecha no mayor a un (01) mes de antelación a la presentación de la cotización. f) Deberá ser renovado en cumplimiento a lo establecido por el artículo 33. del código de comercio.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 14 de 16

N	REQUISITO	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
10	Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social, así: Certificado de pago y cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003) con fecha de expedición no mayor a un (1) mes a la fecha de presentación de la cotización. La anterior certificación deberá constar que se encuentra a paz y salvo por un periodo no inferior a los SEIS (6) MESES anteriores a la presentación de la cotización. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. Dicha certificación debe ser expedida por el Revisor Fiscal, para lo cual deberá adjuntarse el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores (vigente) y tarjeta profesional. En caso de no contar con revisor fiscal, deberá ser firmada por el representante legal de la persona jurídica.	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito
11	Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (Aceptable).	CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito
12	El cotizante deberá aportar junto con la oferta y demás documentos solicitados, los siguientes anexos correctamente diligenciados: Anexo 1. Carta de presentación (Ver formato)	NO CUMPLE con el requisito.	CUMPLE con el requisito
13	El cotizante deberá aportar junto con la oferta y demás documentos solicitados, los siguientes anexos correctamente diligenciados: Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades (Ver formato)	CUMPLE con el requisito	CUMPLE con el requisito
14	El cotizante deberá aportar junto con la oferta y demás documentos solicitados, los siguientes anexos correctamente diligenciados: Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales Persona Natural (Ver formato) NOTA: Los formatos 3,4 y 5 deben cumplir con los estándares internos de presentación impuestos por la Oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, es decir se debe respetar el formato con encabezado y pie de página.	CUMPLE con el requisito	CUMPLE con el requisito
15	El cotizante deberá aportar junto con la oferta y demás documentos solicitados, los siguientes anexos correctamente diligenciados: Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas (Ver formato) NOTA: Los formatos 3,4 y 5 deben cumplir con los estándares internos de presentación impuestos por la Oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, es decir se debe respetar el formato con encabezado y pie de página.	CUMPLE con el requisito	CUMPLE con el requisito

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 15 de 16

N	REQUISITO	NOVATEK DEL CARIBE SAS	DISSMAN INGENIERIA SAS
16	El cotizante deberá aportar junto con la oferta y demás documentos solicitados, los siguientes anexos correctamente diligenciados: Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas (Ver formato) NOTA: Los formatos 3,4 y 5 deben cumplir con los estándares internos de presentación impuestos por la Oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, es decir se debe respetar el formato con encabezado y pie de página.	CUMPLE con el requisito	CUMPLE con el requisito

6. SUBSANABILIDAD

De acuerdo a la revisión de los documentos aportados por los cotizantes y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 170 “por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012”, Artículo 4 modifíquese el artículo 12 de la Resolución 206 y Acta del Comité de Contratación No. 003 de fecha 03 de febrero de 2021, **los cotizantes evaluados deberán presentar subsanación en el término (fecha y hora) y medio (correo electrónico) establecido en el cronograma del proceso.**

Los cotizantes a subsanar deberán tener en cuenta lo establecido en la Resolución 170 “por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012”, Artículo 4 modifíquese el artículo 12 de la Resolución 206, su parágrafo de subsanabilidad:

“PARÁGRAFO: SUBSANABILIDAD: [...] En ningún caso la Universidad podrá permitir que se subsane la falta de capacidad para comprometer la sociedad, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de invitación, ni las pruebas del cumplimiento de los requisitos recolectadas con fecha posterior al cierre de la misma” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

7. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

No.	COTIZANTE	NIT/CC	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
1	NOVATEK DEL CARIBE SAS	900.375.197-6		X	
2	ADVANCED INSTRUMENTS SAS	830.101.830-1			X
	EQUIPOS CASABLANCA SAS	900.469.101-4			X
	DISSMAN INGENIERIA SAS	800.019.976-9	X		

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 16 de 16

8. CONCLUSIÓN

De acuerdo con la verificación realizada del precio de la cotización, los requisitos técnicos; los requisitos técnicos adicionales y los requisitos documentales, el área solicitante, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para la selección de la cotización más favorable, recomienda la subsanación de las cotizaciones que no cumplen con los requisitos exigidos, conforme a los términos establecidos por la entidad.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

El aquí firmante declara que el documento contiene información fidedigna, el cual fue analizado, revisado y aprobado con la debida diligencia.

MARIA DE LOS ANGELES FRANCO ORTIZ
JEFE UNIDAD DE APOYO ACADEMICO

Proyectó: Angel Villarraga Villalba
Oficina Apoyo Academico

28-15.2.

RE: Solicitud concepto Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST

Salud Ocupacional <sst@ucundinamarca.edu.co>

Vie 14/06/2024 8:35 AM

Para: Mantenimiento Apoyo Academico <mantenimiento.uaa@ucundinamarca.edu.co>

CC: Unidad de Apoyo Academico <apoyoacademico@ucundinamarca.edu.co>

33.

Fusagasugá 14/06/2024

Ingeniero

ANGEL DAVID VILLARRAGA VILLABA

Licenciamiento y mantenimiento

Unidad de Apoyo Académico

Universidad de Cundinamarca

Respetado ing Angel David,

Reciba un cordial saludo de la oficina de SST, deseándole que se encuentre bien de salud junto con su familia, dando respuesta a la solicitud de validez de certificado de la ARL me permito de acuerdo a los cinco documentos enviados:

Para la empresa **Novatek Del Caribe Sas**, con NIT **900375197** la certificación emitida por la **ARL POSITIVA** en el cual manifiesta una implementación del 97.75%, Cumplen con el requisito.

Para la empresa **Dissman Ingeniería Sas**, con NIT **800019976** la certificación emitida por la **ARL POSITIVA** en el cual manifiesta una implementación del 98%, Cumplen con el requisito.

Para la empresa **ADVANCED INSTRUMENTS SAS**, con NIT **830101830** la certificación emitida por la **ARL SURA** en el cual manifiesta una implementación del 100%, Cumplen con el requisito.

Para la empresa **EQUIPOS CASA BLANCA**, con NIT **900469101** la certificación emitida por la **ARL SURA** en el cual manifiesta una implementación del 100%, Cumplen con el requisito.

Agradezco la atención y colaboración.

Cordialmente,

Transcriptor: Soranlly Rincón Quintero

"No olvides que un día laboral seguro, seguro es un gran día, por eso te invitamos a realizar las pausas activas y generar proceso de autocuidado".

Cordialmente,



Más allá >

www.ucundinamarca.edu.co

OLGA LUCIA PERILLA SALAMANCA
Director profesional de área I
Seguridad y Salud en el Trabajo

Este mensaje no es considerado spam porque su destinatario es usuario registrado a través del portal de la Universidad de Cundinamarca. Si usted recibió este correo por error o no quiere recibir más nuestros correos, puede solicitar la desvinculación de las bases de datos. La información transmitida por este medio no representa el pensamiento de la institución, cada información emitida es responsabilidad de su autor. Para mayor información, consulte el sitio web de la Universidad de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA



Diagonal 18 No. 20-29
Fusagasugá, Cundinamarca - CO

De: Mantenimiento Apoyo Academico <mantenimiento.uaa@ucundinamarca.edu.co>

Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 18:12

Para: Salud Ocupacional <sst@ucundinamarca.edu.co>

Cc: Unidad de Apoyo Academico <apoyoacademico@ucundinamarca.edu.co>

Asunto: Solicitud concepto Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST

28.

Fusagasugá 2024- 06-13

Doctora

OLGA LUCIA PERILLA SALAMANCA

Salud Ocupacional

Universidad de Cundinamarca

Respetada Doctora:

De manera atenta y formal me permito solicitar revisión y aval del documento Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG- SST y los estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (aceptable). De la invitación **F-CD-128** cuyo objeto es CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

Numero de propuestas: 4

- DISSMAN INGENIERIA S.A.S
- ADVANCED INSTRUMENTS SAS
- EQUIPOS CASABLANCA S A S
- NOVATEK DEL CARIBE S.A.S.

Agradezco la atención prestada y quedará atento a su respuesta.

Atentamente:

□



Más allá >
de la universidad
tradicional

ING. ANGEL DAVID VILLARRAGA VILLALBA.
Profesional Mantenimiento.
Unidad de Apoyo Académico.



mantenimiento.uaa@ucundinamarca.edu.co



Diagonal 18 No. 20-29
Fusagasugá, Cundinamarca - CO

www.ucundinamarca.edu.co

Este mensaje no es considerado spam porque su destinatario es usuario registrado a través del portal de la Universidad de Cundinamarca. Si usted recibió este correo por error o no quiere recibir más nuestros mensajes, puede responder a este correo solicitando su desvinculación de las bases de datos. La información transmitida por este medio no representa el pensamiento de la institución, cada información emitida es responsabilidad de su autor. Esta comunicación contiene información que es confidencial y también puede contener información privilegiada o de datos personales de titulares de la Universidad de Cundinamarca. Es para uso exclusivo del destinatario/s. Si usted no es el destinatario/s tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la información que contiene está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor notifíquelo por correo electrónico **sgsi@ucundinamarca.edu.co** y **protecciondedatos@ucundinamarca.edu.co**. Para mayor información consulte nuestra Política de Protección de Datos Personales. Piense en el medio ambiente. No imprima este mensaje de no ser absolutamente necesario.