

Señor:  
**JUAN DAVID NAVARRO LOPEZ**

Asunto y/o Ref: Respuestas observaciones ABS G-CD-009 DE 2024

Estimado Doctor:

A continuación, me dirijo a usted para responder las observaciones formuladas al proceso de Contratación Directa cuyo objeto es “Adquirir balanzas analíticas para el laboratorio de aguas Seccional Girardot de la U Cundinamarca”.

OBSERVACION	RESPUESTA
<p>1. Respecto al ítem 2. Balanza semiautomática de alta precisión Modelo: BTA 210.</p> <p>Amablemente solicitamos a la entidad aclarar lo siguiente: Cuando se habla de balanzas, estas se subdividen en balanzas analíticas y balanzas de precisión. Por lo que amablemente solicitamos aclarar que este ítem es una balanza de precisión.</p> <p>De igual forma, la balanza según su método de calibración se puede clasificar en balanzas de calibración interna automática, de calibración externa o de calibración interna. Por lo que el requerimiento semiautomático no es claro. Según el modelo que indica la entidad en los pliegos “BTA 210” Es una balanza de precisión con calibración externa. Por lo que amablemente solicitamos a la entidad si mencionado esto, para el ítem 2 se requiere una “Balanza de precisión</p> <p>2. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los porcentajes de las estampillas a cobrar. 10 g x 1 mg con calibración externa”</p>	<p>Nos acogemos a las observaciones realizadas y emitimos respuesta a las mismas Esperando que sea aclarada y continuar el proceso.</p> <p>Respuesta Observaciones:</p> <p>1. Dando claridad a la observación del ÍTEAM 2 afirmo que es una balanza de precisión con calibración externa (210 g x 1 mg) BTA210.</p> <p>2. Con el propósito de dar respuesta a esta observación y que se cumpla en igualdad de condiciones para todos los oferentes la Invitación Publica de la seccional Girardot, en uno de sus apartes relaciona los <b>descuentos aplicables</b> a la oferta.</p>

Cordialmente,  <b>JUAN DAVID NAVARRO LOPEZ</b>	
--	--

Sin otro particular

Cordialmente,



Fabián Enrique Sandoval Díaz

32.1-14.1

Cra 19 No. 24-209 Girardot – Cundinamarca Teléfono: (601)  
8335071 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co) NIT:  
890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

Señor:  
**MARIA ISABEL UTRIA OSPINO**

Asunto y/o Ref: Respuestas observaciones ABS G-CD-009 DE 2024

Estimada Doctora:

A continuación, me dirijo a usted para responder las observaciones formuladas al proceso de Contratación Directa cuyo objeto es “Adquirir balanzas analíticas para el laboratorio de aguas Seccional Girardot de la U Cundinamarca”.

OBSERVACION	RESPUESTA
<p>1. Teniendo en cuenta que para los dos ítems de Balanzas están solicitando un modelo en específico, respetuosamente solicitamos se acepte presentar propuestas alternativas con equipos homólogos en marca y modelo diferente al mencionado en el proceso.</p> <p>2. Solicitamos amablemente confirmar que si para la Balanza Analítica del ítem 1, se debe cumplir con cualquier tipo de conexión de las allí mencionadas, es decir ofrecer un equipo que cuente con puerto RS232 o USB o LAN</p> <p>Cordialmente</p> <p><b>MARIA ISABEL UTRIA OSPINO</b></p>	<p>Nos acogemos a las observaciones realizadas y emitimos respuesta a las mismas. Esperando que sea aclarada y continuar el proceso.</p> <p>Respuesta Observaciones:</p> <p>Dando claridad a las observaciones se recomienda que sea el mismo modelo por las condiciones físicas del laboratorio y con salida de puerto a impresora (USB).</p>

Sin otro particular  
Cordialmente,

Fabián Enrique Sandoval Díaz

32.1-14.1