

– (SECCIONAL GIRARDOT) –

16.

Girardot, 2024- 08- 09.

Señor
ANDERSON GOMEZ
Asesor comercial

Asunto: Observaciones proceso GCD-060 cuyo objeto es “Adquirir equipos analíticos para el laboratorio de aguas de la U Cundinamarca Seccional Girardot

Observación:

Asunto: Observaciones proceso GCD-060

“(…) Como interesados en participar en el siguiente proceso, nos atrevemos a realizar la siguiente observación de las especificaciones técnicas solicitadas: Solicitamos amablemente a la entidad poder ofertar balanza con capacidad igual o superior a 210 g. con el fin de no limitar la pluralidad de oferentes.

Muchas gracias

Quedo atento a sus valiosos comentarios

Cordialmente

NORQUIMICOS LTDA. (...)”

Respuesta: proceso G-CD-060:

Me dirijo a usted para aclarar las observaciones realizadas en el proceso de contratación G-CD-060, donde los laboratorios del programa de Ingenia Ambiental, requieren específicamente el equipo con estas indicaciones técnicas (BALANZA SEMIANALITICA DE 210GR, SENSIBILIDAD 0,001GR, CONCABINA CORTA VIENTOS PARA 110VAC GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA. CON CERTIFICADO DE CALIBRACION PARA EL EQUIPO ANTE LA ONAC) teniendo en cuenta la consulta en el mercado de diferentes equipos siendo la más óptima para suplir la necesidad de los espacios académicos.

Cordialmente,



FIRMA DEL REMITENTE

Luis Miguel Castañeda Galindo

Supervisor

Proyectó:(Fabián Enrique Sandoval Díaz).

Laboratorios de Ingeniería Ambiental

32.1-43.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2